



## S-100



## S-101



## S-102



### NEGATOSCOPIOS

- Fabricado en acero esmaltado
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Pantallas independientes de 36 x 43 cm
- Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
S-100	1 Pantalla	38	11	45	5	0,018
S-101	2 Pantallas	75	11	45	9	0,037
S-102	3 Pantallas	111	11	45	12	0,054
S-103	4 Pantallas	147	11	45	16	0,072
S-104	5 Pantallas	183	11	45	20	0,090





## S-105



### NEGATOSCOPIOS

- Fabricado en acero esmaltado
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Pantallas independientes de 36 x 43 cm
- Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

## S-106



MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
S-105	6 Pantallas	38	11	45	5	0,018
S-106	8 Pantallas	75	11	45	9	0,037
S-107	10 Pantallas	111	11	45	12	0,054





## S-108



## S-109



## S-110



### NEGATOSCOPIOS EN ACERO INOXIDABLE

- Fabricado en acero inoxidable
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Pantallas independientes de 36 x 43 cm
- Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
S-108	1 Pantalla	38	11	45	5	0,018
S-109	2 Pantallas	75	11	45	9	0,037
S-110	3 Pantallas	111	11	45	12	0,054
S-111	4 Pantallas	147	11	45	16	0,072
S-112	5 Pantallas	183	11	45	20	0,090
S-113	6 Pantallas (3x2)	111	11	90	22	0,12
S-114	8 Pantallas (4x2)	147	11	90	29	0,16
S-115	10 Pantallas (5x2)	183	11	90	34	0,20





**S-116**



**S-118**



**S-121**






## NEGATOSCOPIOS REGULACION DE LUZ

- Fabricado en acero esmaltado
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Regulación intensidad de luz
- Pantallas independientes de 36 x 43 cm
- Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
<b>S-116</b>	1 Pantalla	38	11	45	5	0,018
<b>S-117</b>	2 Pantallas	75	11	45	9	0,037
<b>S-118</b>	3 Pantallas	111	11	45	12	0,054
<b>S-119</b>	4 Pantallas	147	11	45	16	0,072
<b>S-120</b>	5 Pantallas	183	11	45	20	0,090
<b>S-121</b>	6 Pantallas (3x2)	111	11	90	22	0,12
<b>S-122</b>	8 Pantallas (4x2)	147	11	90	29	0,16
<b>S-123</b>	10 Pantallas (5x2)	183	11	90	34	0,20



**S-124****S-125****S-128****NEGATOSCOPIOS**

- Negatoscopio de columna
- Fabricado en acero esmaltado
- Iluminación por fluorescencia
- Pantalla de metacrilato de 90 x 30 cm y 120 x 30 cm
- Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

**NEGATOSCOPIO**

- Negatoscopio rodable de 3 pantallas
- Fabricado en tubo acero esmaltado
- Ruedas giratorias de 100 mm

MODELO	CARACTERISTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
S-124	Columna 90 x 30	30	90	11	8	0,034
S-125	Columna 120 x 30	30	120	11	11	0,046
S-126	1 Pantalla rodable	45	55	158	10	0,26
S-127	2 Pantallas rodable	80	55	158	18	0,54
S-128	3 Pantallas rodable	116	55	158	21	1,00
S-129	4 Pantallas rodable	152	55	158	25	1,36
S-130	5 Pantallas rodable	185	55	158	29	1,68
S-131	6 Pantallas rodable	116	55	180	34	1,15
S-132	8 Pantallas rodable	152	55	180	41	1,52
S-133	10 Pantallas rodable	185	55	180	46	1,82





## S-134



### NEGATOSCOPIO DE SOBREMESA

- Fabricado en chapa acero pintado
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Iluminación por fluorescencia
- Interruptor parte frontal
- Sistema de fijación de las radiografías por gravedad
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

## S-135



### NEGATOSCOPIO ODONTOLÓGICO

- Fabricado en chapa acero pintado
- Pantalla de metacrilato blanco opal
- Iluminación por fluorescencia
- Interruptor parte frontal
- Voltaje a 220 V. 50 Hz.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PESO (Kg)	VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
S-134	SOBREMESA	38	17	48	6	0,31
S-135	ODONTOLÓGICO	34	24	3	2	0,02



